

### Buffer EX 试剂质检报告单

XJ-QR-016



请检编号	20240102	请检日期	2024.01.04	请检人	黄芳
生产日期	2024.01.04	抽检比例	1/1000	产品序号	9025100
产品批号	20240102	产品名称	Buffer EX 试剂		


填写说明：

内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。

样品 要求 (指标)	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2
	RNA OD <sub>260</sub>	10.665	11.032	10.780
RNA OD <sub>280</sub>	5.242	5.413	5.286	5.339
RNA OD <sub>230</sub>	5.190	5.586	5.460	5.551
OD <sub>260</sub> /OD <sub>230</sub>	1.95	1.97	1.97	1.96
OD <sub>260</sub> /OD <sub>280</sub>	2.03	2.04	2.04	2.04
RNA 浓度 (ng/μl)	426.6022	441.2711	431.2103	434.6042
试剂外观	√	√	√	√
电泳检测	√	√	√	√
PCR 检测	√	√	√	√

备注	1. 本批次共生产 30 瓶，随机抽取一瓶送检。 2. RNA 用 100 μl RNase-Free Water 洗脱。
----	--

检验结果	  <p style="text-align: right;">合格 质检员：蔡恩秀</p>
------	---

审核意见	 <p>审核人：蔡恩秀</p>
------	--