杭 州 新 景 生 物 试 剂 开 发 有 限 公 司
地址：浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路 8 号 4 幢 5F
邮编：310030 电话：0571-87381295 传真：0571-87381297

过滤柱

产品组成

Cat. No.	7501050
过滤柱 说明书	50 套 1 份

产品储存与有效期

-20℃保存有效期为壹年以上。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

- 滤膜孔径为 1μm。
- 可承受大于 10000g 离心力。
- 最大滤过体积为 0.8ml。