



凝胶 DNA (10-50kb) 回收试剂盒检报告单

XJ-QR-016

请检编号	20260913	请检日期	2026.09.04	请检人	黄芳
生产日期	2026.09.04	抽检比例	1/1000	产品序号	2013050
产品批号	20260913	产品名称	凝胶 DNA (10-50kb) 回收试剂盒 (50 次制备)		
填写说明： 内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。					
样品 要求 (指标)	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2	
DNA OD ₂₆₀	1.071	1.039	1.004	1.022	
DNA OD ₂₈₀	0.558	0.547	0.528	0.535	
DNA OD ₂₃₀	0.956	0.859	0.921	0.852	
OD ₂₆₀ /OD ₂₃₀	1.12	1.21	1.09	1.20	
OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀	1.92	1.90	1.90	1.91	
DNA 浓度 (ng/μl)	53.5310	51.9812	50.2326	51.1371	
DNA 回收效率 (目测)	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	
试剂盒外观 与组成	√	√	√	√	
电泳检测	√	√	√	√	
备注	1. 本批次共生产 20 盒，随机抽取一盒送检。 2. DNA 用 30 μl Buffer TE 洗脱。 3. 有效期至 2029.09.04				
检验结果	 合格				
审核意见	质检员：[Signature] 审核人：[Signature]				

凝胶 DNA (10-50kb) 回收试剂盒检报告单

XJ-QR-016

请检编号	20260913	请检日期	2026.09.04	请检人	黄芳
生产日期	2026.09.04	抽检比例	1/1000	产品序号	2013050
产品批号	20260913	产品名称	凝胶 DNA (10-50kb) 回收试剂盒 (50 次制备)		
填写说明： 内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。					
样品 要求 (指标)	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2	
DNA OD ₂₆₀	1.071	1.039	1.004	1.022	
DNA OD ₂₈₀	0.558	0.547	0.528	0.535	
DNA OD ₂₃₀	0.956	0.859	0.921	0.852	
OD ₂₆₀ /OD ₂₃₀	1.12	1.21	1.09	1.20	
OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀	1.92	1.90	1.90	1.91	
DNA 浓度 (ng/μl)	53.5310	51.9812	50.2326	51.1371	
DNA 回收效率 (目测)	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	
试剂盒外观 与组成	√	√	√	√	
电泳检测	√	√	√	√	
备注	1. 本批次共生产 20 盒，随机抽取一盒送检。 2. DNA 用 30 μl Buffer TE 洗脱。 3. 有效期至 2029.09.04				
检验结果	 合格				
审核意见	质检员：[Red Stamp] 审核人：[Red Stamp]				