地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路 8 号 4 幢 5F 邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

# 中量过滤柱

### 产品组成

| Cat. No.                  | 7402010     |
|---------------------------|-------------|
| 中量过滤柱<br>说明书              | 10 套<br>1 份 |
| <b>元</b> -约丁 <sup>3</sup> | 1 70        |

# 产品储存与有效期

-20℃保存有效期为壹年以上。

#### 技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部: e-mail: technical@simgen.cn, 电话: 400-0099-857。

#### 产品介绍

- ·滤膜孔径为 1μm。
- ·可承受大于10000g离心力。
- •最大滤过体积为 20 ml。