


超纯总 RNA 提取试剂盒质检报告单

请检编号	20200813	请检日期	2020.08.12	请检人	李春
生产日期	2020.08.12	抽检比例	1/1000	产品序号	5003050
产品批号	20200813	产品名称	超纯总 RNA 提取试剂盒(50 次制备)		
填写说明： 内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。					
样品 要求 (指标)	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2	
RNA OD ₂₆₀	12.260	10.635	11.632	12.041	
RNA OD ₂₈₀	6.161	5.182	5.695	5.983	
RNA OD ₂₃₀	5.710	5.756	5.573	6.593	
OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀	1.99	2.05	2.04	2.01	
OD ₂₆₀ /OD ₂₃₀	2.15	1.85	2.09	1.83	
RNA 浓度 (ng/μl)	490.3897	425.4128	465.2986	481.6565	
试剂盒外观与组成	√	√	√	√	
电泳检测	√	√	√	√	
PCR 检测	√	√	√	√	
备注	1. 本批次共生产 100 盒，随机抽取一盒送检。 2. RNA 用 50 μl RNase-Free Water 洗脱。				
检验结果					
审核意见	质检员：叶桐  审核人：张文彬				